



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO:007/2019

OBJETO: A Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de equipamento/material permanente, conforme especificações constantes no Termo de referência, com base nas Propostas do Ministério da Saúde de nº **11816.419000/1170-09** que contempla a UTIN do Hospital Municipal de Açailândia

AUTOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (CNPJ nº58.295.213/0021-11)

Questionamento 01: "...solicitamos esclarecer se o manual técnico-operacional com orientação operacionais e de serviço básico (conservação, limpeza, diagnóstico básico, periodicidade de manutenção) atente o requerimento por esta Douta Comissão para o item de ultrassom"

Resposta: Atende, pode ser apresentado o manual técnico-operacional com orientação operacionais e de serviço básico.

Questionamento 02: " o treinamento técnico realizado é o treinamento que ocorre durante a instalação do equipamento... este formato de treinamento atende ao solicitado"

Resposta: Atende.

Questionamento 03: " calibração não é aplicável para equipamentos de ultrassom e não é possível o fornecimento de senhas de acesso por segurança à propriedade intelectual"

Resposta: A respeito da calibração se refere a uma cláusula padrão dos editais quando se trata de equipamentos hospitalares, quando se aplica ao item deve ser obedecida, caso contrário, não há necessidade. No que diz respeito ao fornecimento de senhas, se trata das senhas necessárias para o funcionamento do aparelho (caso seja aplicável ao item).

Questionamento 04: "Em relação ao item Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas, solicita-se esclarecimento quanto a possibilidade de participação de equipamentos com monitores de 15 polegadas"

Prefeitura Municipal de Açailândia

Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

E-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br Telefone: (99) 3538-8666 Ramal 222

Página 1/2




MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

Resposta: As especificações constantes no termo de referência estão de acordo com a PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 11816.419000/1170-09, portanto de atender as exigências mínimas do edital, por tanto só será aceito Monitor de 17 ou mais polegadas.

Questionamento 05: "... solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitação de transdutores lineares com frequência de 5 a 13 MHZ, variação de +/- MHZ.

Resposta: Em consulta ao departamento técnico da Secretaria de Saúde, nos foi informado que pode sim ser aceito a frequência de 5 a 13 MHZ, variação de +/- MHZ.

Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia (MA), 07 de março de 2019.


Simone Pereira Carvalho dos Santos
Pregoeira