



ILUSTRÍSSIMO(a) SENHOR(a) PREGOEIRO(a) CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE AÇAILÂNDIA/CE

PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2021

***ILUSTRÍSSIMO(a) SENHOR(a), PREGOEIRO(a)***

**Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.025.158/0001-00, com sede na Rua Outono, nº 221, CEP 32.372-030, na cidade de Contagem, estado de Minas Gerais, por seu representante legal infra-assinado, respeitosamente, perante o Sr.(a) Pregoeiro (a), com fulcro nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 10.024/2019, IMPUGNAR o Edital supra referido, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.**

#### **I – TEMPESTIVIDADE.**

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o pedido é de 3(três) dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e habilitação. Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dá em 28/10/2021, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação.

#### **II - DOS FATOS E DO DIREITO**

A empresa Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares LTDA, tendo interesse em participar da licitação supramencionada, ao verificar as condições para participação no pleito em tela, constatou que faltou a inserção de informações na especificação técnica.

A especificação técnica da central de vácuo é omissa, pois não especifica a vazão mínima da Central e também não informa o número de leitos por ambiente, impossibilitando o dimensionamento correto da vazão.

A falta desta informação impossibilita a definição do modelo da central o que por sua vez impede o levantamento do custo para a elaboração da proposta.

Ox-Genium Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA  
CNPJ: 06.025.158/0001-00  
Rua Outono, 221 – Vila Paris, Contagem/MG  
Tel. (31) 3532-4643



A o edital especifica Central SIMPLEX ou seja apenas uma bomba de vácuo, contrariando a NBR 12188 de 2016 que especifica que as centrais de vácuo devem possuir no mínimo 02 bombas com capacidade de 100% da vazão da central.

### III - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, propomos:

- a) seja conhecida a presente representação porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. no § 2º, do art. 41, da **Lei nº 8666/93**.
  - b) no mérito, considerá-la procedente;
  - c) **acrescentar na especificação técnica todas as informações pertinentes elencadas no item II desta impugnação..**
- d) seja o edital republicado com todas as alterações realizadas, respeitando-se todos os prazos para o a realização do certame.
- e) Caso o entendimento seja contrário ao requerido, requer então, seja direcionado o presente recurso à autoridade hierarquicamente superior para apreciação e pronunciamento, de onde se espera total provimento.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Contagem, 27 de outubro de 2021.

---

Gilson Claudio Amorim – Assinatura Eletrônica  
Sócio Administrador

Ox-Genium Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA  
CNPJ: 06.025.158/0001-00  
Rua Outono, 221 – Vila Paris, Contagem/MG  
Tel. (31) 3532-4643